

2023 年度更新 e-learning 確認試験 不適切問題

以下の問題と解説に間違いがありました。

回答と解説に変更はございません。設問を修正致します。

問題

誤) CTDI<sub>100</sub>に関する以下の説明のうち正しいのはどれか。

正) JIS Z 4751-2-44: 2018 で CTDI<sub>w</sub>に関する説明のうち正しいのはどれか。

正解1.

回答	解説
1. 空気カーマで表される。	1. 正しい。
2. ヘリカルスキャンにて測定する。	2. シングルアキシヤルスキャンにて測定する。
3. 全てのビーム幅で CTDI <sub>air</sub> の測定が必要である。	3. ビーム幅が 40 mm を超える場合のみ CTDI <sub>air</sub> の測定が必要である。

※回答については確認試験の可否に関わらないものとする